ReboZyme PRE-CLEANING SPRAY

MULTIENZYM-SCHAUMSPRAY FÜR CHIRURGISCHE INSTRUMENTE UND STARRE ODER FLEXIBLE ENDOSKOPE

- **Verhindert Antrocknen von Keimen.**
- **Enzymatischer Abbau von organischem Material.**
- **Vorreinigung ohne Eingreifen; überlassen Sie den Enzymen die Arbeit!**

Anwendungsbereiche

- Chirurgische Instrumente
- Zahnärztliche Instrumente
- Instrumente für die ästhetische Chirurgie

Produktmerkmale

- Neutrale Multienzym-Verbindung.
- Zur Vorbereitung von Instrumenten für die Dekontamination, kein Abbürsten erforderlich.
- Gezielt auftragbares Schaumspray bedeckt die Instrumentenoberfläche; hohe Effizienz, weniger Abfall.
- Kein Auslaufen während des Transports.
- Volle Materialkompatibilität.
- Gebrauchsbereit.
- Geruchlos.
- Hohe enzymatische Aktivität und Stabilität.
- Registriertes Medizinprodukt der Klasse 1.
- Zu > 95 % biologisch abbaubar (OCDE 302B).

Anwendungshinweise

Verwenden Sie den ReboZyme Pre-Cleaner für jede Vorreinigung von Instrumenten.

A. Zur **manuellen Reinigung** von chirurgischen Instrumenten und Endoskopen

B. Einwirkzeit: **15 Minuten**

C. Mit reichlich klarem Wasser spülen; vor der weiteren Reinigung in einem Wasch-Desinfektionsautomaten gut abspülen

D. Die **Aktivität** kann bis zu 72 Stunden andauern*

* in geschlossenen Kontainern

Chemische Eigenschaften

Aussehen: Hellgelbe Flüssigkeit
Dichte: 1,005 ± 0,05 kg/l
pH: 8 ± 0,5
Die Farbe des Produktes ist natürlich und kann je nach Produktionscharge verschieden sein, ohne Auswirkung auf die Leistung des Produktes

Hauptbestandteile

<5 % nicht-ionische Tenside
<5 % Phosphonate
<5 % Enzyme (Protease, Lipase, Amylase)

Sicherheitsmaßnahmen

- Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen.
- Im verschlossenen Originalbehältnis zwischen +4 °C und +25 °C lagern. Für optimale Wirksamkeit das Haltbarkeitsdatum auf dem Sprühkopf beachten.
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums: Unbenutztes Produkt muss von einer anerkannten Sammelstelle entsorgt werden.
- Vor dem Gebrauch ist das vollständige Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

ReboZyme CLASSIC

SCHWACHSCHÄUMENDES, FLÜSSIGES, ENZYMATISCHES REINIGUNGSMITTEL FÜR DIE REINIGUNG VON WIEDERVERWENDBAREN MEDIZINISCHEN GERÄTEN

- **Neutrales, schwachschäumendes, enzymatisches Reinigungsmittel**
- **Für wirksame Reinigung von chirurgischen Instrumenten und Endoskopen**
- **Bietet ausgezeichnete Einsatzflexibilität und ein gutes Preisleistungsverhältnis**

Anwendungsbereiche

- Chirurgische Instrumente und Endoskope
- Automatische, halbautomatische und manuelle Reinigung

Produktmerkmale

- Geeignet für die manuelle und automatisierte Reinigung von medizinischen Geräten.
- Hohe Materialverträglichkeit.
- Geeignet für die Ultraschallreinigung.
- Im Reinigungs- und Desinfektionsgerät ist kein Neutralisationsschritt erforderlich.
- Klare Flüssigkeit ohne Parfüm oder Farbstoffe.
- Die enzymatische Aktivität wird nach der Verdünnung 8 Stunden lang aufrechterhalten. Erneuern Sie die Lösung je nach Verschmutzungsgrad.

Regulatorische Informationen

- >99 % biologisch abbaubar nach OCDE 302B (Zahn-Wellens Test)
- Entspricht der europäischen Verordnung EC 648/2004 über Detergenzien
- Entspricht der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC.

Anwendungshinweise

Geeignet für die automatische und manuelle Reinigung von chirurgischen Instrumenten und Endoskopen.

A. Verdünnungsstandard: **0.3 % – 1 %** (3 ml bis 10 ml pro Liter) abhängig vom Verschmutzungsgrad

B. Kontaktzeit: **mindestens 1 Minute**; Idealerweise 5 – 10 Minuten.

C. Ideale Arbeitstemperatur:

> Manuell: 40 bis 45 °C (min. 30 °C - max.55 °C)

> Automatisch: 50 °C (max. 55 °C)

Chemische Eigenschaften

Aussehen: Hellgelbe Flüssigkeit
Dichte 20 °C (kg/L) 1.045 ± 0.010
pH: 8.5 ± 0.5
pH verdünnt 1%: 8 ± 0.5
Die Farbe ist natürlich und kann je nach Produktionscharge verschieden sein, ohne Auswirkung auf die Leistung des Produktes.

Hauptbestandteile

1 – 5 %	nicht-ionische Tenside
1 – 5 %	anionische Tenside
1 – 5 %	Komplexbildner
<5 %	Enzyme (Protease, Lipase, Amylase, Cellulase)

Sicherheitsmaßnahmen

- Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen. Vor dem Gebrauch ist das vollständige Sicherheitsdatenblatt zu beachten.
- Im verschlossenen Originalbehältnis zwischen +4 °C und +25 °C lagern. Für optimale Wirksamkeit das Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett beachten.
- **Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums: (2 Jahre):** Unbenutztes Produkt muss von einer anerkannten Sammelstelle entsorgt werden.